

分析機器部門講習会シリーズ

セルソーター BioRad S3e 機器デモンストレーションのお知らせ

セルソーター BioRad S3eの機器デモンストレーションを下記の通り開催致します。
ご紹介する機器の概要および詳細は次ページをご覧ください。

日 時 : 平成 29 年 2 月 7 日 (火) 15 : 00 ~ 10 日 (金) 15:00

1 日 4 コマを予定しております。

① 10:00~11:30 実機デモ

② 13:00~14:30 実機デモ

③ 14:30~16:00 実機デモ

④ 16:00~17:30 実機デモ

初日は①~③、最終日は③、④は実施しません。

場 所 : 医系 3 号館 4 階 分析機器部門 細胞機能解析室

申込期限 : デモ希望日の前日まで

申込方法 : 電子メールで、「講習会名」、「希望日時」、「サンプル持参の有無」、「所属講座」、「氏名」、「内線番号」、「電子メールアドレス」を明記の上、mtanaka@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申し込みください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当: 田中 稔 (内線: 2399、Email: mtanaka@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)



高生存率セルソーター S3e デモンストレーションのご案内

バイオ・ラッドのS3eセルソーターは、研究者ご自身で簡単に使用できる自動セルソーターです。Jet-in-Airテクノロジーにより**高速・高純度**であり**高生存率**のソーティングを可能にした上で、各種の自動化機能によってどなたでも簡単に使用できる使い勝手を実現しています。設置面積が小さい「S3セルソーター」は、すべての研究者に使いやすく信頼性の高い、シンプルなセルソーティングを提供します。

日時: 2017年2月7日(火曜日) 15:00～
2月10日(金曜日) 15:00


会場: 医系3号館4階 分析機器部門 細胞機能解析室

Ariaでこれまでバイアビリティーは良いのに培養が思うようにいかないご経験はありませんか。
蛍光染色済みのサンプルをご準備いただけましたらソーティングを試していただけます。

デモ機のご使用いただける主な蛍光色素

FL	フィルター	蛍光物質
FL1	525/30nm	Alexa488/FITC/GFP
FL2	586/25nm	PE/DsRed
FL3	615/25nm	PI/mRFP/mCherry
FL4	655LP	7-ADD/PE-Cy5/PE-Cy7

バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス事業部



BIO-RAD