


# フォトンカウンティング技術を用いた乳腺量の定量化 (Breast Density Measurement)



乳腺量

8 %

14 %

30 %

78 %

乳腺濃度は乳癌発症やマンモグラフィーの検出感度に関連するリスク因子とされている。フォトンカウンティング技術を用いたBreast Density Measurementは、乳腺量を定量的に評価することができる。高濃度乳房の女性が多いとされている日本では、乳癌のリスクとの関係を、客観的に解析するツールとして研究の蓄積が期待される。